



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce




Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Certyfikat kalibracji ISO dla czujników przewodności (rekalibracja) ISO-REKALIBRIERUNG LDL2/LDL4 (ZC0112) - IFM



Numer artykułu SKU:
OC-IFM018068

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- Z trzema punktami pomiarowymi
- Dla zdefiniowania niepewności pomiaru
- Zapewnienie stałej jakości produktu

Aplikacja

Wykonanie dla typu, LDL2, LDL4

Dane mechaniczne

Waga[g] 10

Uwagi

certyfikat kalibracji ISO nie jest uznawany przez EA MLA (Multilateral Agreement) i dlatego nie jest śledzony.

Certyfikat kalibracji musi być zawsze zamawiany łącznie z urządzeniem.

Urządzenie będzie dostarczone razem z certyfikatem kalibracji.

Certyfikat kalibracji wystawiany jest w języku niemieckim i angielskim.

Uwagi Powtórna kalibracja kolejnych zamówień jest możliwa tylko przy zwrocie urządzenia w stanie czystym, bez żadnych adaptacji (warunek dostawy) i wraz z urządzeniem przysyłana jest wypełniona deklaracja dekontaminacji .

W internetowej wersji arkusza danych przykładowy certyfikat jest przechowywany w zakładce "Materiały do pobrania".

regulacja współczynnika kalibracji CGA od odchyień $\geq 50\%$ dopuszczalnej tolerancji

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM018068

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 17:31